

金門酒廠實業股份有限公司

KINMEN KAOLIANG LIQUOR INC.

品保處實驗室



檢驗報告書

(正本)

頁數：共 2 頁，第 1 頁

申請單位：金門酒廠-呂一品
申請單位地址：金門縣金寧鄉桃園路一號
樣品名稱：0.6L-58.8度金門大橋迎賓酒
樣品狀態：完整包裝
產品型號/批號：-AAHE00002249
生產或供應商：金門酒廠實業股份有限公司
製造日期：2024.07.24WC

報告編號：2024-014-001

報告日期：2024.08.08

聯絡電話：(082)-325628-83361

收樣日期：2024.07.30

檢驗日期：2024.08.05

委託測試項目：
1. 總酸 (Total Acidity) 定量分析。
2. 甲醇 (Methanol) 定量分析。3. 乙醇 (Ethanol) 定量分析。
4. 正丙醇 (Propanol) 定量分析。5. 2-甲基-1-丙醇 (2-methyl-1-propanol) 定量分析。
6. 乙酸乙酯 (Ethyl acetate) 定量分析。
7. 總酯 (Total esters) 定量分析。8. 乳酸乙酯 (Ethyl lactate) 定量分析。

測試方法：
1. 總酸 (Total Acidity)：參考 CNS 14850 及 GB/T 15038 (自訂方法-文件編號：SOP03)。
2. 乙醇 (Ethanol)：依據財政部台財庫字第 09903520960 號、行政院衛生署署授食字第 0991903925 號令 (CNS 14849 酒類檢驗法-酒類中乙醇之檢驗方法 (二)-比重瓶法)。
3. 甲醇 (Methanol)：參考酒類中甲醇之檢驗方法-氣相層析法 (92 年 7 月 23 日行政院衛生署署授食字第 0929214397 號公告)。(自訂方法-文件編號：SOP01)
4. 正丙醇 (Propanol)、2-甲基-1-丙醇 (2-methyl-1-propanol)、2-甲基-1-丁醇+3-甲基-1-丁醇 (2-methyl-1-butanol+3-methyl-1-butanol)、乙酸乙酯 (Ethyl acetate)：參考酒類中甲醇之檢驗方法-氣相層析法 92 年 7 月 23 日行政院衛生署署授食字第 0929214397 號公告 (自訂方法-文件編號：SOP01)。

檢驗結果：

是否認證	檢測項目	檢測結果	定量極限	單位
*	乙醇	59.08	-----	%(V/V)
*	甲醇	206.4	10	純乙醇計 (mg/L)

-END-

備註：

1. 本報告所用樣品與名稱係由申請單位提供，實驗室僅負責檢測分析。
2. 檢測結果僅對檢測樣品有效。
3. 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告用。
4. 本報告不做結果之相關判定。
5. 本報告內容未經授權不得部份複製，但完整複製除外。
6. 本報告經塗改無效。
7. *符號為通過 TAF 認證。

報告簽署人：

李永川 2024.8.8

金門酒廠實業股份有限公司

地址：金門縣金寧鄉桃園路 1 號

電話：+886(082)325628

傳真：+886(082)372385

金門酒廠實業股份有限公司

KINMEN KAOLIANG LIQUOR INC.

品保處實驗室




檢驗報告書

(正本)

頁數：共 2 頁，第 2 頁

報告編號：2024-014-001

報告日期：2024.08.08



金門酒廠實業股份有限公司

地址：金門縣金寧鄉桃園路 1 號

電話：+886(082)325628

傳真：+886(082)372385